



Offerta tecnica relativa a:	
Numero Gara	3002896
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Apparecchiature di Radiologia – Telecomandati e Polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. I
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
Lotto	2 (Lotto 2 - Telecomandati per esami di Pronto Soccorso)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	Carpentiere Paola

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	12268050155
Codice Fiscale Impresa	04785851009
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	04785851009
Codice Ditta INAIL	5179971
n. P.A.T.	06475404/80 - 0647503/35 - 06475405/36
Matricola aziendale INPS	4954583677
CCNL applicato	CHIMICO FARMACEUTICO
Settore	DIAGNOSTICA IN VIVO ED IN VITRO
Indirizzo sede legale	VIA VIPITENO N 4 - MILANO (MI)
Telefono	022431

Fax	0224364016
PEC Registro Imprese	GARE.SHC@PEC.SIEMENS.IT
Offerta sottoscritta da	TOGNOLI LUCA

Oggetto (1 di 1) dell'Offerta	
Descrizione	AQ Apparecchiature di Radiologia - Lotto 2 - Telecomandato per Pronto soccorso
Metaprodotto	AQ Telecomandati/Polifunzionali-gara
Quantità Richiesta	1
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Marca del Telecomandato per esami di Pronto Soccorso offerto	Siemens Healthcare GmbH
Modello del Telecomandato per esami di Pronto Soccorso offerto	Multitom Rax
Numero di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici - BD/RDM	1465596
Codice identificativo del Telecomandato per esami di Pronto Soccorso offerto	10860700
Anno di introduzione in Italia della versione originale del Telecomandato per esami di Pronto Soccorso offerto	2016
Anno di introduzione in Italia dell'ultima release relativa al Telecomandato per esami di Pronto Soccorso offerto	2021
Marca del generatore offerto	Siemens Healthcare GMBH
Modello del generatore offerto	Polydoros F-80
Codice identificativo del generatore offerto	10910922
Marca del tubo radiogeno offerto	Siemens Healthcare GMBH
Modello del tubo radiogeno offerto	OPTITOP 150/40/80HC -100
Codice identificativo del tubo radiogeno	10860700
Marca del detettore offerto	Siemens Healthcare GmbH
Modello del detettore offerto	RAX DETECTOR
Codice identificativo del detettore offerto	11104967
Marca del tavolo portapaziente offerto	Siemens Healthcare GMBH
Modello del tavolo portapaziente offerto	Patient table with tabletop
Codice identificativo del tavolo portapaziente offerto	10092902
Marca Secondo monitor per sala esami	EIZO

Modello Secondo monitor per sala esami	DSHC1915-DC
Marca SW: Stitching per le immagini di lungo formato	Siemens Healthcare GMBH
Modello SW: Stitching per le immagini di lungo formato	RAXortho
Marca Barella ad altezza variabile con sistema idraulico/pneumatico o motorizzato	IMO - Indústrias Metalúrgicas, S.A.
Modello Barella ad altezza variabile con sistema idraulico/pneumatico o motorizzato	TRENDY
1.1 Frequenza di erogazione > 60 kHz	100
1.2 Frequenza acquisizione in radioscopia pulsata, con campo 30x30 cm e matrice 1024x1024 (imm/s)	>maggiore o uguale a 30 imm/s
1.3 Stativo portatubo capace di effettuare proiezioni oblique sul piano trasversale con paziente supino posizionato sul piano d'esame	Sì
1.4 Stativo portatubo capace di effettuare proiezioni latero laterale sul piano trasversale con paziente supino posizionato sul piano d'esame	Sì
1.5 Copertura del paziente nelle proiezioni in latero laterale con paziente supino posizionato su barella, senza riposizionamento del paziente, senza uso di secondo detettore e secondo tubo pensile (cm)	350
1.6 Microtelecamera per posizionamento e centratura del paziente	No
1.7 Capacità di effettuare proiezioni laterali e frontali anche su paziente in ortostasi senza riposizionamento del paziente	Sì
1.8 Capacità di effettuare proiezioni latero laterali da entrambi i lati del tavolo (sia a destra che a sinistra)	No
1.9 Capacità termica anodica (kHU)	820
1.10 Dissipazione termica anodica maggiore (kHU/min)	170
1.11 Minima altezza da terra (cm)	50

1.12 Copertura paziente senza riposizionamento del paziente (cm)	190
1.13 Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento in qualsiasi movimentazione (kg)	240
1.14 Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100 kV)	1
1.15 Gestione del paziente dalla posizione supina fino alla ortostatica con posizioni intermedie	No
1.16 Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a $\approx 2,5 \mu\text{Gy}$) a 2 lp/mm (IEC 62220 -1) (%)	42
1.17 Sistema di formazione dell'immagine con: 1) griglia antidiffusione a "focalizzazione dinamica" oppure; 2) doppia griglia con cambio automatico di tipo removibile e dotata di sistema di parcheggio quando non in uso	1
1.18 Tomosintesi	No
1.19 Dual energy	NO
1.20 DSA e supporto pensile* per barriere/schermature radioprotezionistiche	No
4.1a/Assicurazione sanitaria	Sì
4.1b/Asilo nido presso la sede dell'impresa per i figli dei dipendenti o contributo mensile di importo pari o superiore a € 100 per l'accesso all'asilo nido	Sì
4.1c/Miglioramento condizioni di maternità/paternità obbligatoria: estensione della maternità e della paternità obbligatoria e erogazione di un contributo una tantum per la nascita di ciascun figlio	Sì

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che l'apparecchiatura è disponibile sul territorio nazionale. L'apparecchiatura offerta è disponibile al seguente indirizzo: AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA Viale L. Pinto 1, Foggia (FG), 71122 Telefono: 0881733866 Referente: Dr. Egidio Guerra
- di impegnarsi a consegnare alle Pubbliche Amministrazioni, unitamente alle apparecchiature oggetto degli Ordini di Fornitura, anche gli originali o le copie autentiche dei certificati attestanti la sussistenza dei requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico, paragrafo 2
- che la fornitura delle apparecchiature di radiologia – telecomandati e polifunzionali, dei servizi connessi e dei dispositivi e servizi opzionali oggetto della gara è rispondente alle caratteristiche/requisiti richiesti dalle normative vigenti ed è rispondente alle caratteristiche/requisiti minime/i di cui alla documentazione di gara
- che le bioimmagini presentate su CD/DVD sono relative a pazienti reali, acquisite nella pratica clinica presso strutture sanitarie pubbliche o private; prodotte con un'apparecchiatura corrispondente a quella presentata a Sistema in sede di Offerta tecnica (marca e modello) e con configurazione che non preveda software e/o hardware di riduzione della dose e/o di processing delle immagini, relativamente ai distretti anatomici oggetto di valutazione, ulteriori rispetto a quelli offerti in gara
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, ad assicurare:
 - una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione giovanile;
 - una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione femminile;
 delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE