

CHECKLIST DEL MATERIALE DA PREPARARE PRIMA DI UNA RIANIMAZIONE NEONATALE

TEMPERATURA	AVVIARE L' ACCENSIONE E IL RISCALDAMENTO DELL'ISOLA NEONATALE ; PREDISPORRE TELINI CALDI ; PRESENZA DI TERMOMETRO .
TEMPI	VERIFICARE FUNZIONAMENTO DEL TIMER (ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO APGAR)
VIE AEREE	VERIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E LA REGOLAZIONE (-100 MMHG) DELL' ASPIRATORE A MURO NONCHÉ LA PRESENZA DI UN NUMERO ADEGUATO DI SONDINI DA ASPIRAZIONE DI CALIBRO 8, 10, 12 F.
VALUTAZIONE	PRESENZA DI FONENDOSCOPIO , PRESENZA DI CARDIOMONITOR (ELETTRODI ECG).
OSSIGENAZIONE	CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA PER LA EROGAZIONE DI OSSIGENO A FLUSSO LIBERO, BLENDER, SATURI METRO (ANCHE SENSORI PER SATURI METRO E CEROTTO).
VENTILAZIONE	PRESENZA E CORRETTO FUNZIONAMENTO DI PALLONE AMBU CON MASCHERE DI VARIE TAGLIE, RESERVOIR , BLENDER, SONDINO OROGASTRICO (8F) E SIRINGA DA 20 ML .
INTUBAZIONE	LARINGOSCOPIO ; LAME DIRITTE MISURA 0 E 1; LAMPADINE DI RICAMBIO; TUBI ENDOTRACHEALI (2,0-2,5, 3,0- 3,5); MANDRINO ; CONNETTORE PER ASPIRAZIONE DI MECONIO; MASCHERA LARINGEA MISURA 1 ; SIRINGA DA 5 ML .
INCANNULAMENTO VENA OMBELICALE	DISINFETTANTE; TELINO STERILE; GUANTI STERILI DI VARIA MISURA; GARZE STERILI; CATETERI OMBELICALI 3,5 E 5 F; SOLUZIONE FISIOLÓGICA; SIRINGHE DA 20 ML; PINZE ANATOMICHE E CHIRURGICHE; SPECILLO; FORBICI; FILO DA SUTURA; POMPE PER INFUSIONE DI LIQUIDI. METRO A NASTRO. RACCORDI E DEFLUSSORI.
FARMACI	ADRENALINA (1: 10.000) – SOLUZIONE FISIOLÓGICA.
PRELIEVI	SIRINGHE PER EAB DA ARTERIA OMBELICALE. PROVETTE PER PRELIEVO DA VENA OMBELICALE O PERIFERICA. SIRINGHE DI VARIO VOLUME.
TRASPORTO	CULLA DA TRASPORTO RISCALDATA. INCUBATORE DA TRASPORTO.
DOCUMENTAZIONE	CARTELLA CLINICA NEONATALE. MODULISTICA DA COMPILARE PER LO STEN.