



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: PROCEDURA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 PER LE STRUTTURE DI RADIOLOGIA E NEURORADIOLOGIA

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per la durata di mesi sei;

Viste le disposizioni della presidenza del Consiglio dei Ministri e le Circolari del Ministero della Salute in materia di emergenza sanitaria COVID-19 che si intendono tutte richiamate per le parti di competenza ;

Viste le disposizioni regionali, in particolare relative al "Piano Operativo d'Emergenza COVID-19-Regione Puglia" del 2 marzo 2020, al "Piano ospedaliero coronavirus della Regione Puglia" del 16 marzo, aggiornato all'1 aprile (Seconda Fase), alla Circolare "Monitoraggio attivazione ex novo posti letto Ospedali COVID" del 17 marzo e alla Circolare "Emergenza sanitaria COVID-19-Protocolli operativi e flow chart-Aggiornamento" del 21 marzo;

Considerata la situazione epidemiologica attuale e i possibili scenari evolutivi;

Fermo restando che la ASL di Taranto, fin dalle prime fasi dell'epidemia con casi italiani autoctoni, ha implementato misure di gestione e controllo con un percorso ed un impegno di risorse umane, tecnologiche e strumentali evolutivi in considerazione dell'andamento epidemiologico e delle disposizioni ministeriali e regionali in continuo aggiornamento;

Considerata in premessa l'individuazione dello stabilimento Moscati come ospedale HUB COVID-19 e l'Ospedale Stabilimento SS. Annunziata come SPOKE COVID 19 (per i casi di prestazioni specialistiche non trasportabili, come l'area materno-infantile);

DELIBERA

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

Che Sono ulteriormente definiti i percorsi dedicati per pazienti sospetti o casi confermati COVID-19, per branca specialistica, per complessità di impegno clinico del paziente, per concomitanza di altre patologie o traumatismi (con riferimento a situazioni di emergenza, tempo-dipendenti), per presenza di salme COVID-19 positive, così come di seguito dettagliato per il percorso:

-Procedura per il contenimento del contagio da covid-19 per le strutture di radiologia e neuroradiologia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE**

AOO: **ASL_TA**

REGISTRO: **DELIBERAZIONI**

NUMERO: **1014**

DATA: **18/05/2020**

OGGETTO: **PROCEDURA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 PER LE
STRUTTURE DI RADIOLOGIA E NEURORADIOLOGIA**

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Avv.to Stefano Rossi in qualità di Direttore Generale nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 04/09/2018

Con il parere favorevole del Dr. Vito Gregorio Colacicco - Direttore Sanitario

Con il parere favorevole del Dott. Andrea Chiari - Direttore Amministrativo

Su proposta della struttura: Rischio Clinico

Estensore: Irene Friuli

Istruttore: Irene Friuli

Dirigente/Dirigente S.S./S.S.D.: MARCELLO CHIRONI

Dirigente Ufficio/Direttore S.C.:

Direttore di Dipartimento:

PROPOSTA:

NUMERO: **DEL-1132-2020**

DATA: **14/05/2020**

SEZIONE ALBERO TRASPARENZA:

CLASSIFICAZIONE:

DOCUMENTI:

Documento

Impronta Hash

MOD DELIBERAZIONE ORIGINALE

**DB541A46377F0B19F6BD2ADDB931C13E0BC52CDD
04A058BCB7876F980F562FBC**

**PROCEDURA PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO DA COVID-19 PER LE
STRUTTURE DI RADIOLOGIA E
NEURORADIOLOGIA**

**F6E47F24CF5437AD3CEFBE32BDD91980277FAB563
F090A32C7A667FF2148A84A**

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato a cura dell'Ente produttore secondo normativa vigente.

Il contenuto del provvedimento indicato nel presente frontespizio deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.



AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
REGISTRO DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

AOO: **ASL_TA**

REGISTRO: **DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**

NUMERO REGISTRO: **1014**

DATA REGISTRO: **18/05/2020**





NUMERO REPERTORIO: **1628**

OGGETTO: **PROCEDURA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA
COVID-19 PER LE STRUTTURE DI RADIOLOGIA E
NEURORADIOLOGIA**



**DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER IL
PERSONALE ASSEGNATO ALLE SS.CC. DI RADIOLOGIA-
NEURORADIOLOGIA, FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE
DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19**

**PROCEDURA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 PER LE STRUTTURE
DI RADIOLOGIA E NEURORADIOLOGIA**

Data Redazione	Gruppo di Lavoro	Verifica	Approvazione
07/05/2020	Dott. C. Di Stasi  Dott. N. Burdi  CPSE-Coord. A. Catlicchio  TSRM-Coord. M. Bellanova 	Direttore S.C. Radiologia Dott. C. Di Stasi  Direttore S.C. Neuroradiologia Dott. N. Burdi  Direttore Medico POC Dott.ssa M. Leone  Resp. U.O. Rischio Clinico Dott. M. Chroni 	Direttore Generale ASL TA Avv. S. Rossi  Direttore Sanitario ASL TA Dott. V.G. Golacicco 

 <p>S.S.D. RISCHIO CLINICO</p>		
	<p>DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE SS.CC. DI RADIOLOGIA- NEURORADIOLOGIA, FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19</p>	

DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE SS.CC. DI RADIOLOGIA-NEURORADIOLOGIA, FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

1. **Tutti i pazienti che entrano in Radiologia (PS o Il piano) devono essere muniti di mascherina chirurgica**, ad eccezione dei casi che richiedono dispositivi di assistenza respiratoria (per es. pazienti intubati o in corso di O2 terapia).
2. Il paziente degente, che da un reparto viene condotto in Radiologia, **viene affidato nell'attuale sala di attesa**, nel rispetto delle misure di distanziamento, **e viene accettato dal personale di servizio in radiologia che provvederà al suo trasporto in sala diagnostica**. I pazienti che devono eseguire esami radiologici vanno chiamati con cadenza regolare durante tutto il turno (diurno o pomeridiano). Vanno evitati assembramenti di letti o carrozzine in attesa o dopo l'esecuzione dell'esame.
3. **In sala di attesa non devono stazionare accompagnatori** (ad eccezione dei pazienti minori o con disabilità).
4. **La consegna delle richieste e il ritiro dei referti, e/o degli esami presi in visione, avverrà in accettazione** da parte del personale di reparto.
5. **Nessun esterno può avere accesso alla Radiologia**, se non Medici per discutere casi clinici, previo accordo con il medico radiologo referente per il caso stesso. Tale regola prevede eccezioni per l'ingresso di personale sanitario di assistenza a pazienti particolari (es. equipe anestesiologicalo-rianimatoria, equipe neurologica)
6. **Tutti gli esami radiologici di PS vanno eseguiti in PS**. L'equipe radiologica di PS è costituita in orario diurno nei giorni feriali da 1 medico, 1 infermiere, 3 tecnici ed 1 ausiliario. In orario notturno e diurno festivo il personale è composto da 1 medico, 1 ausiliario e 3 tecnici.

 <p>S.S.D. RISCHIO CLINICO</p>	<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE SS.CC. DI RADIOLOGIA- NEURORADIOLOGIA, FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19</p>	
---	--	--

Nei turni diurni feriali una ulteriore unità medica è di supporto al II piano per esami urgenti di pazienti ricoverati (ma anche di PS qualora la sala sia ferma per sanificazione e l'esame radiologico sia indifferibile per una sospetta patologia tempo-dipendente). La presenza fisica del medico al PS è inibita solo a coloro cui spetta, secondo norma, tutela per il rischio biologico (es. allattamento)

7. **Tutti gli esami urgenti di pazienti ricoverati vanno eseguiti al II piano.**
8. **Tutti gli operatori che vengono in contatto diretto con qualsiasi paziente** (TSRM, Infermieri, Medici ed Ausiliari) **devono indossare i DPI specifici previsti** (cuffia, occhiali, camice impermeabile, mascherina FFP2 senza filtro o mascherina con filtro + mascherina chirurgica, calzari, doppi guanti). **Tale dotazione sarà fornita, ad inizio turno, al personale ad eccezione di una piccola riserva utilizzabile da chiunque in caso di imprevisti (deve, però, apporre una firma al ritiro del DPI).** Il personale in servizio nel turno notturno troverà i DPI specifici nei mobiletti consueti. **Il personale sanitario che indossa i DPI specifici suddetti, e che è venuto in contatto diretto con qualsiasi paziente, sosterrà in aree dedicate delle sale e non in vicinanza di operatori che hanno in dotazione DPI generici** (mascherina chirurgica, guanti). In sala TC il suddetto personale non dovrà attraversare la sala comandi ma stazionerà seduto nei pressi delle finestre conservando per l'intero turno i DPI in dotazione. Se si verifica la necessità di dover passare in sala TC 16 il passaggio deve avvenire attraverso il corridoio. Qualora il lavoratore debba allontanarsi per altre inderogabili necessità, deve dismettere il camice nel bagno della TC 64 per indossarlo di nuovo al ritorno.
9. **Il personale in turno radiologico di PS deve soggiornare in PS durante tutto il turno diurno feriale; nel turno notturno e diurno festivo, in assenza di una apposita sala relax per il personale ubicata in PS, può usufruire di periodi di riposo al II piano purchè dismetta temporaneamente i DPI specifici lasciandoli in PS.**
10. **Dopo ogni esame radiologico (sia in PS che al II piano) l'apparecchiatura va sanificata con ipoclorito di sodio 0,5%; solo dopo esami eseguiti su pazienti classificati clinicamente per sospetti Covid, o nei quali il sospetto di una infezione Covid sorga sui reperti radiologici, va eseguita sanificazione della sala, degli arredi, delle porte e delle maniglie con ipoclorito di**

 <p>Azienda Sanitaria Locale Taranto Regione Puglia S.S.D. RISCHIO CLINICO</p>	<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE SS.CC. DI RADIOLOGIA- NEURORADIOLOGIA, FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19</p>	
---	--	--

sodio allo 0,5%, e successiva nebulizzazione con Amukina 0,115 o con lo stesso ipoclorito di sodio ; alla sanificazione deve eseguire una fase di arieggiamento di 30 minuti.

11. Il personale ausiliario deve quotidianamente, nel corso del turno antimeridiano (7.00-13.00) approvvigionarsi dei detergenti indicati. Nei turni festivi e notturni sarà disponibile una dotazione di detergenti di riserva collocata nei mobiletti utilizzati per la distribuzione dei DPI (chiavi in possesso del TSRM di guardia).
12. La gestione delle attività del personale ausiliario sarà a cura dei coordinatori in base ad un assetto organizzativo "per attività" e non più con rigida assegnazione di sala.