



ASL Taranto

PugliaSalute

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Direttore: Dott. Lorenzo Francesco Russo
Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
tel. 099 7786622
e-mail: areapatrimonio@asl.taranto.it
areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili – divisa in due lotti distinti e separati – per le necessità del Nuovo Ospedale “San Cataldo” – N. GARA 8729823 – Lotto n.1 CIG 9412628A57 / LOTTO n.2 CIG 9412653EF7.

Verbale del 15/02/2023 (in modalità videoconferenza), giusta convocazione del 15/02/2023

In data 15/02/2023 alle ore 13 presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, siti in Viale Virgilio n. 31, si procede alla seduta pubblica convocata per l'apertura delle offerte economiche così come indicato nella *lex specialis* della procedura in oggetto.

Presiede i lavori il Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio, dott. Lorenzo Francesco RUSSO, assistito dalla dott.ssa Claudia CARICASOLE, in qualità di teste e segretario verbalizzante, ed alla presenza della dott.ssa Cosima DI MICHELE, in qualità di teste, per l'apertura e la verifica formale delle offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura *de qua*.

Si dà atto che sono stati trasmessi ed acquisiti agli atti d'ufficio i seguenti atti di delega e/o procura da parte degli operatori economici partecipanti, al fine di comprovare la legittima partecipazione alla seduta pubblica telematica:

GETINGE ITALIA SPA	Maquet Italia spa	Domenico De Stefano / Paolo Marcarini
ALTAMED	Giorgio Cravera	A. Aghito / M. Triolo / E. Coletti
CARDIO VASCULAR srl	Matilde Castellano	Domenico Bigucci
ITEM OXYGEN	Fiorino Anna	Maurizio Triolo
HSC srl	Laroccia Luigi	Alessandro Loglisci

Premesso che:

- con nota prot. n. 25211 del 10/02/2023, sono stati trasmessi al RUP i verbali della Commissione Giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara;
- con la comunicazione di convocazione PI053395-23 del 13/02/2023 trasmessa a mezzo piattaforma telematica Empulia - e successiva pec del 15.02.2023 - di convocazione della seduta, quest'ultima è stata fissata per le ore 13 del 15.02.2023;

Il Presidente procede innanzitutto alla comunicazione mediante visualizzazione condivisa delle relative schede riepilogative dei punteggi tecnici e assegnati dalla Commissione Giudicatrice (All.1) e dispone l'esclusione

- per il Lotto 1 *“per la ditta Getinge Italia srl la Commissione non procede alla valutazione dell'offerta in quanto dalla documentazione presentata risulta assente la caratteristica di minima “automatismo per la messa a fuoco automatica in riferimento alla distanza del corpo lampada dal campo operatorio. Inoltre per la lampada scialitica a doppio braccio vengono offerti due modelli di lampade differenti per la principale e la satellite, contrariamente da quanto previsto dal Capitolato e dai chiarimenti di Gara che prevedevano due lampade identiche per il corpo satellite e il principale.”*
- per il Lotto 1 *“per la ditta Cardio Vascular srl la Commissione non procede alla valutazione dell'offerta in quanto dalla documentazione presentata risulta per la lampada scialitica a doppio braccio vengono offerti due modelli di lampade differenti per la principale e la satellite, contrariamente a quanto previsto dal Capitolato e dai chiarimenti di Gara che prevedevano due lampade identiche per il corpo satellite e il principale.”*



ASL Taranto

PugliaSalute

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
 Direttore: Dott. Lorenzo Francesco Russo
 Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto
 tel. 099 7786622
 e-mail: areapatrimonio@asl.taranto.it
 areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

- per il Lotto 2 "per la ditta Getinge Italia srl" la Commissione non procede alla valutazione dell'offerta in quanto dalla documentazione presentata risulta assente, sia per lo stativo pensile per lo strumento chirurgico che per il sistema pensile per la terapia intensiva la seguente caratteristica tecnica di minima prevista dall'All.2 Capitolato Speciale d'Appalto e griglia di valutazione : "tutti i movimenti orizzontali dei bracci devono essere regolati da freni elettropneumatici e il movimento verticale deve essere elettrico, azionabile in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso";
- per il Lotto 1 "per la ditta Cardio Vascular srl" la Commissione non procede alla valutazione dell'offerta in quanto dalla documentazione presentata non risultano presenti le seguenti dotazioni di prese gas medicali previste tra le caratteristiche tecniche di minima dall'Allegato 2 Capitolato speciale d'Appalto e griglia criteri di valutazione: n.1 presa vuoto e n.1 presa protossido per lo stativo pensile lato anestesia; n.2 prese vuoto per lo stativo pensile per strumentario chirurgico; n.1 presa ossigeno, n.1 presa aria medicale, n.2 prese vuoto per il sistema pensile per terapia intensiva lato monitoraggio; n.1 presa vuoto per il sistema pensile per terapia intensiva il lato infusione.

Il Presidente, non rilevando osservazioni in merito, dispone che si proceda alla visualizzazione a sistema delle "offerte economiche" previa verifica che le medesime siano debitamente sottoscritte con firma digitale oltre che alla lettura delle motivazioni che determinano l'esclusione delle ditte dai relativi lotti di partecipazione.

Si procede alla riparametrazione del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione Giudicatrice così come previsto dal Disciplinare di Gara e successivamente all'apertura delle offerte economiche.

Si dà avvio alle predette operazioni, con l'apertura delle buste economiche relative il Lotto 1 presentate dalle seguenti ditte che risultano utilmente collocate nella graduatoria finale, come di seguito riportata:

Te.	Ec.	Valutazione Amm.	Wa.	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So.	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	% Assegnata	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ammessa		OFF SurgiSystems	<input checked="" type="checkbox"/>	1		97,75	89,39	29,37	Aggiudicata/proposta			1.012.263,00			
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ammessa		RTI HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l. - Puglia Medical S.r.l.	<input checked="" type="checkbox"/>	2		54,97	70,00	24,97	Il Classificato			1.115.906,36			
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ammessa		STERIS SRL	<input checked="" type="checkbox"/>	3		92,22	52,72	30,00				957.263,72			Rettifica valore economico
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ammessa		MEDICAL LAB SYSTEM SRL	<input checked="" type="checkbox"/>	4		79,82	52,49	27,36				1.049.569,29			Rettifica valore e consegna

Si specifica che è stata utilizzata la funzione, messa a disposizione dalla piattaforma Empulia, di "Rettifica valore economico", in quanto in una delle due voci del lotto de quo l'operatore economico STERIS ha riportato il valore complessivo offerto non corrispondente al risultato della moltiplicazione del prezzo unitario per il quantitativo richiesto in gara.

Si è proceduto con l'utilizzo della medesima funzione di rettifica del valore economico offerto dalla ditta MEDICAL LAB SYSTEM srl in quanto il valore complessivo riportato non corrisponde al risultato della moltiplicazione tra il prezzo unitario ed il fabbisogno richiesto in gara.

Si prosegue con l'apertura delle buste economiche relative il Lotto 2 presentate dalle seguenti ditte che risultano utilmente collocate nella graduatoria finale, come di seguito riportata:

Te.	Ec.	Valutazione Amm.	Wa.	Fornitore	Scheda Valutazione	Rank	So.	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Stato Offerta	% Assegnata	Note	Valore Offerta	Stato	Dettaglio Motivazioni	Motivazione
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ammessa		OFF SurgiSystems	<input checked="" type="checkbox"/>	1		90,79	60,79	30,00	Aggiudicata/proposta			3.194.649,00	validata		
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ammessa		RTI Altamed S.r.l. - ITEM OXYGEN SRL	<input checked="" type="checkbox"/>	2		69,82	70,00	19,82	Il Classificato			4.834.899,60	validata		



ASL Taranto

PugliaSalute

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Direttore: Dott. Lorenzo Francesco Russo

Viale Virgilio n.31 – 74121 Taranto

tel. 099 7786622

e-mail: areapatrimonio@asl.taranto.it

areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Alle ore 14.40, al termine delle sopra descritte attività, il Presidente dichiara la seduta conclusa disponendo la trasmissione degli atti al RUP per il prosieguo di competenza.

dott. Lorenzo Francesco RUSSO - Presidente

dott.ssa Claudia CARICASOLE, teste e segretario verbalizzante

dott.ssa Cosima DIMICHELE, teste