

Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati – per le necessità del Nuovo Ospedale “San Cataldo” - N. Gara _8729823 - LOTTO n. 1 CIG 9412628A57 LOTTO n. 2 CIG 9412628A57

Seduta n. 1 del 07.12.2022 - SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2022, il giorno 07 del mese di dicembre, alle ore 14.00 presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio della Asl di Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1745 del 28/11/2022 con il fine di procedere all'esame delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi.

Sono presenti:

Presidente Dott. Michele CACCIAPAGLIA
Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. "SS. Annunziata"

Componente Dott. Marco TAURCHINI
Direttore S.C. Chirurgia Toracica P.O. "SS. Annunziata"

Componente Ing. Marta CASSANELLI
Collaboratore Tecnico S.S.D. Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi Aziendali


Assume la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. Marta Cassanelli.

La Commissione prende in consegna la documentazione posta a base di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto e griglia criteri di valutazione offerta tecnica) e la documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti e ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente prima dell'avvio dei lavori, chiede a ciascun componente di dichiarare di non trovarsi in nessuna ipotesi di inconferibilità e conflitto di interesse, anche potenziale in rapporto all'incarico di componente della commissione giudicatrice della procedura di cui all'oggetto anche in relazione agli economici ammessi. Tutti i componenti presenti dichiarano di non trovarsi nelle suddette posizioni.

Il Presidente avvia quindi i lavori della Commissione, invitando i presenti a prendere atto della documentazione posta a base di gara al fine di identificare compiutamente la procedura, l'oggetto dell'appalto, le modalità di presentazione delle offerte, i criteri di assegnazione dei punteggi e la modalità di attribuzione di coefficienti utili alla valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice procede ad esaminare la completezza della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti e ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche:





1. Lotto 1 CIG 9412628A57
 1. GETINGE ITALIA SRL;
 2. STERIS SRL;
 3. RTI HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL- PUGLIA MEDICAL SRL;
 4. OPT SURGISYSTEMS SRL;
 5. MEDICAL LAB SYSTEM SRL;
 6. CARDIO VASCULAR SRL.

2. Lotto 2 - CIG 9412628A57
 1. RTI ALTAMED S.R.L./ ITEM OXYGEN S.R.L.;
 2. GETINGE ITALIA SRL;
 3. OPT SURGISYSTEMS;
 4. CARDIO VASCULAR SRL.

Terminata la visione della documentazione il Presidente chiude la seduta e aggiorna i lavori della Commissione per le ore 14.00 del giorno 12 dicembre.

I lavori terminano alle ore 15.10

L.C.S.

IL Presidente: Dott. Michele CACCIAPAGLIA

Il Componente: Dott. Marco TAURCHINI

Il Componente: Ing. Marta CASSANELLI

A.S.L. TA - PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
Stabilimento "S.S. Annunziata"
S.C. Anestesia-Rianimazione-Terapia Antalgica
DIRETTORE
Dott. Michele CACCIAPAGLIA
Cod. Reg. 920173



Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati – per le necessità del Nuovo Ospedale “San Cataldo” - N. Gara _8729823 - LOTTO n. 1 CIG 9412628A57 LOTTO n. 2 CIG 9412628A57

Seduta n. 2 del 12.12.2022 - SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 14.00 presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio della Asl di Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1745 del 28/11/2022, costituita da:

| | |
|------------|---|
| Presidente | Dott. Michele CACCIAPAGLIA <i>Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Dott. Marco TAURCHINI <i>Direttore S.C. Chirurgia Toracica P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Ing. Marta CASSANELLI <i>Collaboratore Tecnico S.S.D. Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi Aziendali</i> |

Assume la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. Marta Cassanelli.

Il Presidente, richiamato in via ricognitiva il contenuto del precedente verbale, dà avvio all'esame delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse al LOTTO 1 procedendo con la verifica della presenza delle caratteristiche tecniche di minima richieste dal capitolato per le seguenti ditte:

1. GETINGE ITALIA SRL;
2. STERIS SRL.

Per la ditta Getinge Srl la Commissione non procede alla valutazione dell'offerta in quanto dalla documentazione presentata risulta assente la caratteristica di minima “automatismo per la messa a fuoco automatica in riferimento alla distanza del corpo lampada dal campo operatorio”. Inoltre per la lampada scialitica a doppio braccio vengono offerti due modelli di lampade differenti per la principale e la satellite, contrariamente da quanto previsto dal capitolato e dai chiarimenti di gara che prevedevano due lampade identiche per il corpo satellite e il principale. La commissione rimette al RUP i provvedimenti consequenziali.

Per la ditta Steris Srl, verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche di minima delle apparecchiature offerte, la Commissione procede con la valutazione dell'offerta tecnica presentata secondo i criteri di valutazione previsti dall'allegato 2 “CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA”.

Pagina 1 di 2



Terminata la valutazione il Presidente aggiorna i lavori della Commissione alle ore 13.00 del giorno 19.12.2022.

I lavori terminano alle ore 15.10

L.C.S.

IL Presidente: Dott. Michele CACCIAPAGLIA

Il Componente: Dott. Marco TAURCHINI

Il Componente: Ing. Marta CASSANELLI

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most complex and cursive, followed by a more fluid signature in the middle, and a simpler signature in the bottom. The lines are evenly spaced and extend across the width of the signatures.

Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati – per le necessità del Nuovo Ospedale “San Cataldo” - N. Gara _8729823 - LOTTO n. 1 CIG 9412628A57 LOTTO n. 2 CIG 9412628A57

Seduta n. 3 del 19.12.2022 - SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 13.00 presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio della Asl di Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1745 del 28/11/2022, costituita da:

| | |
|------------|---|
| Presidente | Dott. Michele CACCIAPAGLIA <i>Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Dott. Marco TAURCHINI <i>Direttore S.C. Chirurgia Toracica P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Ing. Marta CASSANELLI <i>Collaboratore Tecnico S.S.D. Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi Aziendali</i> |

Assume la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. Marta Cassanelli.

Il Presidente, richiamato in via ricognitiva il contenuto del precedente verbale, dà avvio all'esame delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse al LOTTO 1 procedendo con la verifica della presenza delle caratteristiche tecniche di minima richieste dal capitolato per le seguenti ditte:

1. RTI HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL – PUGLIA MEDICAL SRL;
2. OPT SURGISYSTEMS SRL.

Verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche di minima per le apparecchiature offerte dalle due ditte oggetto di valutazione, la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche presentate.

Terminata la valutazione il Presidente aggiorna i lavori della Commissione alle ore 13.00 del giorno 09.01.2023.

I lavori terminano alle ore 15.10





L.C.S.

IL Presidente: Dott. Michele CACCIAPAGLIA

Il Componente: Dott. Marco TAURCHINI

Il Componente: Ing. Marta CASSANELLI

Michele Cacciapaglia
Marco Turchini
Marta Cassanelli

ALLEGATO 1

Procedura aperta telematica di rilievo comunicario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati - per le necessità del Nuovo Ospedale "San Cataldo".

Lotto n. 1 - lampade scialitiche CIG 9412628A57

GRIGLIA PUNTI - operatore economico: STERIS

| n. criterio tecnico | Criteri di attribuzione del punteggio | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | | | Media | Punteggio Attribuito | | | | |
|--|---|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|------------------|-------|-------------------------|--|
| | | | | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | | | | | | |
| 1 | Valore d50>d10 maggiori * | 14 | Proporzionale | | 14 | / | 14,00 | | | | | |
| 2 | Miglior livello di illuminazione con e senza cilindro ** | 14 | Proporzionale | | 6,07 | / | 6,07 | | | | | |
| 3 | Profondità di illuminazione, misurata in ossequio alla norma CEI 62 - 118 | 14 | Proporzionale | | 6,66 | / | 6,66 | | | | | |
| 4 | *Indice resa colore (Ra) maggiore di 95 | 2 | Proporzionale | | 1,93 | / | 1,93 | | | | | |
| 5 | Temperatura di colore e numero modalità di regolazioni | 5 | Discrezionale | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,83 | 4,17 | | | | |
| 6 | Movimentazione verticale e rotazione | 5 | Discrezionale | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 5,00 | | | | |
| 7 | Numero manpoli sterilizzabili maggiore di 3 | 1 | ON/OFF | | 1 | / | 1,00 | | | | | |
| 8 | Caratteristiche della telecamera | 5 | Discrezionale | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,60 | 3,00 | | | | |
| 9 | Funzioni e caratteristiche del display touch di comando | 5 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 4,00 | | | | |
| 10 | Ulteriori caratteristiche migliorative | 5 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 3,50 | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>49,33</td> <td>Punteggio totale</td> </tr> <tr> <td>62,21</td> <td>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</td> </tr> </table> | | | | | | | | 49,33 | Punteggio totale | 62,21 | PUNTEGGIO RIPARAMETRATO | |
| 49,33 | Punteggio totale | | | | | | | | | | | |
| 62,21 | PUNTEGGIO RIPARAMETRATO | | | | | | | | | | | |

* Il minimo diametro d50 (inteso come definito dalla norma CEI 62 – 118) ove la illuminazione raggiunge il 50% dell'illuminazione al centro, deve essere maggiore del 50% del diametro del campo luminoso d10

** Deve essere il livello della restante illuminazione al centro in presenza di maschere poste a simulare la testa dei due operatori che intercettano il fascio luminoso con e senza cilindro che simuli una cavità

ALLEGATO 2

Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati - per le necessità del Nuovo Ospedale "San Cataldo".

Lotto n. 1 - lampade scialitiche CIG 9412628A57

GRIGLIA PUNTI - operatore economico: RTI HSC-PUGLIA MEDICAL

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | | | Media | Punteggio Attribuito | |
|-------------|---|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------------------|
| | | | | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | | | |
| 1 | Valore d50>d10 maggiori * | 14 | Proporzionale | | 12,46 | | | 12,46 | |
| 2 | Miglior livello di illuminazione con e senza cilindro ** | 14 | Proporzionale | | 6,54 | | | 6,54 | |
| 3 | Profondità di illuminazione, misurata in ossequio alla norma CEI 62 - 118 | 14 | Proporzionale | | 14 | | | 14,00 | |
| 4 | *Indice resa colore (Ra) maggiore di 95 | 2 | Proporzionale | | 2 | | | 2,00 | |
| 5 | Temperatura di colore e numero modalità di regolazioni | 5 | Discrezionale | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,80 | 4,00 | |
| 6 | Movimentazione verticale e rotazione | 5 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 4,00 | |
| 7 | Numero manipoli sterilizzabili maggiore di 3 | 1 | ON/OFF | | 1 | | | 1,00 | |
| 8 | Caratteristiche della telecamera | 5 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 4,00 | |
| 9 | Funzioni e caratteristiche del display touch di comando | 5 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 4,00 | |
| 10 | Ulteriori caratteristiche migliorative | 5 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 3,50 | |
| | | | | | | | | 55,50 | Punteggio totale |
| | | | | | | | | 70,00 | PUNTEGGIO RIPARAMETRATO |

*Il minimo diametro d50 (inteso come definito dalla norma CEI 62 - 118) ove la illuminazione raggiunge il 50% dell'illuminazione al centro, deve essere maggiore del 50% del diametro del campo luminoso d10

**Deve essere il livello della restante illuminazione al centro in presenza di maschere poste a simulare la testa dei due operatori che intercettano il fascio luminoso con e senza cilindro che simuli una cavità

ALLEGATO 3

Procedura aperta telematica di rilievo comunicario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati - per le necessità del Nuovo Ospedale "San Cataldo".

Lotto n. 1 - lampade scialitiche CIG 9412628A57

GRIGLIA PUNTI - operatore economico: OPT

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | | | Media | Punteggio Attribuito | |
|-------------|---|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|-------------------------|
| | | | | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | | | |
| 1 | Valore d50>d10 maggiori * | 14 | Proporzionale | | 11,37 | | | 11,37 | |
| 2 | Miglior livello di illuminazione con e senza cilindro ** | 14 | Proporzionale | | 14 | | | 14,00 | |
| 3 | Profondità di illuminazione, misurata in ossequio alla norma CEI 62 - 118 | 14 | Proporzionale | | 6,53 | | | 6,53 | |
| 4 | *Indice resa colore (Ra) maggiore di 95 | 2 | Proporzionale | | 1,95 | | | 1,95 | |
| 5 | Temperatura di colore e numero modalità di regolazioni | 5 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,73 | 3,67 | |
| 6 | Movimentazione verticale e rotazione | 5 | Discrezionale | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 5,00 | |
| 7 | Numero manipoli sterilizzabili maggiore di 3 | 1 | ON/OFF | | 1 | | | 1,00 | |
| 8 | Caratteristiche della telecamera | 5 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 4,00 | |
| 9 | Funzioni e caratteristiche del display touch di comando | 5 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 4,00 | |
| 10 | Ulteriori caratteristiche migliorative | 5 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 3,50 | |
| | | | | | | | | 55,02 | Punteggio totale |
| | | | | | | | | 69,39 | PUNTEGGIO RIPARAMETRATO |

*Il minimo diametro d50 (inteso come definito dalla norma CEI 62 – 118) ove la illuminazione raggiunge il 50% dell'illuminazione al centro, deve essere maggiore del 50% del diametro del campo luminoso d10

**Deve essere il livello della restante illuminazione al centro in presenza di maschere poste a simulare la testa dei due operatori che intercettano il fascio luminoso con e senza cilindro che simuli una cavità

ALLEGATO 4

Procedura aperta telematica di rilievo comunicario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati - per le necessità del Nuovo Ospedale "San Cataldo".

Lotto n. 1 - lampade scialitiche CIG 9412628A57

GRIGLIA PUNTI - operatore economico: MEDICAL LAB SYSTEM

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente | | | Media | Punteggio Attribuito | |
|-------------|---|---------------|---------------------------------|------------|------|-----|-------|----------------------|-------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Valore d50>d10 maggiori * | 14 | Proporzionale | | 0 | | | 0,00 | |
| 2 | Miglior livello di illuminazione con e senza cilindro ** | 14 | Proporzionale | | 6,68 | | | 6,68 | |
| 3 | Profondità di illuminazione, misurata in ossequio alla norma CEI 62 - 118 | 14 | Proporzionale | | 12 | | | 12,00 | |
| 4 | *Indice resa colore (Ra) maggiore di 95 | 2 | Proporzionale | | 1,97 | | | 1,97 | |
| 5 | Temperatura di colore e numero modalità di regolazioni | 5 | Discrezionale | 1 | 1 | 0,9 | | 0,96 | |
| 6 | Movimentazione verticale e rotazione | 5 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,8 | | 0,73 | |
| 7 | Numero manipoli sterilizzabili maggiore di 3 | 1 | ON/OFF | | 1 | | | 1,00 | |
| 8 | Caratteristiche della telecamera | 5 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 0,80 | |
| 9 | Funzioni e caratteristiche del display touch di comando | 5 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 0,80 | |
| 10 | Ulteriori caratteristiche migliorative | 5 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | | 0,70 | |
| | | | | | | | | 41,62 | Punteggio totale |
| | | | | | | | | 52,49 | PUNTEGGIO RIPARAMETRATO |

* Il minimo diametro d50 (inteso come definito dalla norma CEI 62 - 118) ove la illuminazione raggiunge il 50% dell'illuminazione al centro, deve essere maggiore del 50% del diametro del campo luminoso di 10

**Deve essere il livello della restante illuminazione al centro in presenza di maschere poste a simulare la testa dei due operatori che intercettano il fascio luminoso con e senza cilindro che simuli una cavità





Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati – per le necessità del Nuovo Ospedale “San Cataldo” - N. Gara _8729823 - LOTTO n. 1 CIG 9412628A57 LOTTO n. 2 CIG 9412628A57

Seduta n. 4 del 09.01.2023 - SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2023, il giorno 09 del mese di gennaio, alle ore 13.00 presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica della Asl di Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1745 del 28/11/2022, costituita da:

| | |
|------------|---|
| Presidente | Dott. Michele CACCIAPAGLIA <i>Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Dott. Marco TAURCHINI <i>Direttore S.C. Chirurgia Toracica P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Ing. Marta CASSANELLI <i>Collaboratore Tecnico S.S.D. Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi Aziendali</i> |

Assume la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. Marta Cassanelli.

Il Presidente, richiamato in via ricognitiva il contenuto del precedente verbale, dà avvio all'esame delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse al LOTTO 1 procedendo con la verifica della presenza delle caratteristiche tecniche di minima richieste dal capitolato per le seguenti ditte:

1. MEDICAL LAB SYSTEM SRL;
2. CARDIO VASCULAR SRL.

Per la ditta Medical Lab System Srl, verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche di minima per le apparecchiature offerte, la Commissione procede con la valutazione dell'offerta tecnica presentata.

Per la ditta Cardio Vascular Srl la Commissione non procede alla valutazione dell'offerta in quanto dalla documentazione presentata risulta per la lampada scialitica a doppio braccio vengono offerti due modelli di lampade differenti per la principale e la satellite, contrariamente da quanto previsto dal capitolato e dai chiarimenti di gara che prevedevano due lampade identiche per il corpo satellite e il principale. La commissione rimette al RUP i provvedimenti consequenziali.



Al termine dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura, la Commissione assegna i punteggi di cui alle allegate schede, parte integrante del presente verbale.

- ALLEGATO 1 – ditta STERIS SRL
- ALLEGATO 2 – RTI HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL – PUGLIA MEDICAL SRL
- ALLEGATO 3 – ditta OPT SURGISYSTEM SRL
- ALLEGATO 4 – ditta MEDICAL LAB SYSTEM SRL

Il Presidente procede alla rilettura dei punteggi definitivi ottenuti dagli operatori economici oggetto di valutazione, e non raccogliendo alcuna osservazione da parte dei componenti della commissione, chiude i lavori relativi al LOTTO 1.

Il Presidente aggiorna i lavori della Commissione alle ore 13.00 del giorno 25.01.2023.

I lavori terminano alle ore 15.10

L.C.S.

IL Presidente: Dott. Michele CACCIAPAGLIA

Il Componente: Dott. Marco TAURCHINI

Il Componente: Ing. Marta CASSANELLI



Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati – per le necessità del Nuovo Ospedale “San Cataldo” - N. Gara _8729823 - LOTTO n. 1 CIG 9412628A57 LOTTO n. 2 CIG 9412628A57

Seduta n. 5 del 25.01.2023 - SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 11.00 presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica della Asl di Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1745 del 28/11/2022, costituita da:

| | |
|------------|---|
| Presidente | Dott. Michele CACCIAPAGLIA <i>Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Dott. Marco TAURCHINI <i>Direttore S.C. Chirurgia Toracica P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Ing. Marta CASSANELLI <i>Collaboratore Tecnico S.S.D. Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi Aziendali</i> |

Assume la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. Marta Cassanelli.

Il Presidente, richiamato in via ricognitiva il contenuto del precedente verbale, dà avvio all'esame delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse al LOTTO 2 procedendo con la verifica della presenza delle caratteristiche tecniche di minima richieste dal capitolato per le seguenti ditte:

1. RTI ALTAMED S.R.L./ ITEM OXYGEN S.R.L.;
2. GETINGE ITALIA S.R.L.;

Per l'RTI Altamed S.R.L. / Item Oxygen S.R.L., verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche di minima per le apparecchiature offerte, la Commissione procede con la valutazione dell'offerta tecnica presentata.

Per la ditta Getinge Italia S.R.L. la Commissione non procede alla valutazione dell'offerta in quanto dalla documentazione presentata risulta assente, sia per lo stativo pensile per strumentario chirurgico che per il sistema pensile per terapia intensiva, la seguente caratteristica tecnica di minima prevista dall'Allegato 2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE: “Tutti i movimenti orizzontali dei bracci devono essere regolati da freni elettropneumatici, e il movimento verticale deve essere elettrico, azionabile in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso”. La commissione rimette al RUP i provvedimenti consequenziali.

Terminata la valutazione il Presidente chiude la seduta e aggiorna i lavori della Commissione alle ore 11.00 del giorno 08.02.2023.

I lavori terminano alle ore 14.00

L.C.S.

IL Presidente: Dott. Michele CACCIAPAGLIA

Il Componente: Dott. Marco TAURCHINI

Il Componente: Ing. Marta CASSANELLI

A.S.L. TA - PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
Stabilimento "S. Annunziata"
S.C. Anestesia-Rianimazione-Terapia Antalgica
DIRETTORE
Dott. Michele CACCIAPAGLIA
Cod. Reg. 820175





Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati - per le necessità del Nuovo Ospedale "San Cataldo".

Lotto n. 2 - SISTEMI PENSILI CIG. 9412653EF7

GRIGLIA PUNTI - operatore economico: RTI ALTAMED S.R.L./ ITEM OXYGEN S.R.L.

Caratteristiche generali del sistema pensile lato ans e lato ch, con particolare riguardo:

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Media | Punteggio Attribuito |
|-------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | ai materiali utilizzati e al sistema di ancoraggio | 1 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | al sistema di rotazione | 1 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 0,80 |
| 3 | al sistema frenante | 1 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 0,93 |
| 4 | alla portata massima sostenibile in qualunque posizione dei bracci | 2 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 1,87 |
| 5 | ai materiali, alla portata e alla dimensione dei ripiani, dei cassetti | 2 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 1,87 |
| 6 | accessori inclusi | 3 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 2,80 |
| 7 | equipaggiamento prese elettriche, gas e dati | 2 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 1,87 |
| 8 | sistema di illuminazione | 3 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 2,40 |
| 9 | ulteriori migliorie | 5 | Discrezionale | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,66 | 3,30 |

Caratteristiche generali del sistema pensile terapia intensiva, con particolare riguardo:

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Media | Punteggio Attribuito |
|-------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | ai materiali utilizzati e al sistema di ancoraggio | 1 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | al sistema di rotazione | 1 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 0,80 |
| 3 | al sistema frenante | 1 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 0,93 |
| 4 | alla portata massima sostenibile in qualunque posizione dei bracci | 2 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 1,60 |
| 5 | ai materiali, alla portata e alla dimensione dei ripiani, dei cassetti | 2 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 1,87 |
| 6 | accessori inclusi | 3 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 2,10 |
| 7 | equipaggiamento prese elettriche, gas e dati | 2 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 1,87 |
| 8 | sistema di illuminazione | 3 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 2,80 |
| 9 | ulteriori migliorie | 5 | Discrezionale | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,66 | 3,30 |

Caratteristiche generali del sistema pensile osservazione risveglio, con particolare riguardo:

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Media | Punteggio Attribuito |
|-------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | ai materiali utilizzati e al sistema di ancoraggio | 1 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | al sistema di rotazione | 1 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 0,93 |
| 3 | al sistema frenante | 1 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 0,93 |
| 4 | alla portata massima sostenibile in qualunque posizione dei bracci | 2 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 1,87 |
| 5 | ai materiali, alla portata e alla dimensione dei ripiani, dei cassetti | 2 | Discrezionale | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,73 | 1,47 |
| 6 | accessori inclusi | 3 | Discrezionale | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,73 | 2,20 |
| 7 | equipaggiamento prese elettriche, gas e dati | 2 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 1,60 |
| 8 | sistema di illuminazione | 3 | Discrezionale | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,66 | 1,98 |
| 9 | ulteriori migliorie | 5 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,76 | 3,80 |

Caratteristiche generali della trave testa letto preparazione, con particolare riguardo:

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Media | Punteggio Attribuito |
|-------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | ai materiali utilizzati e al sistema di ancoraggio | 1 | Discrezionale | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,83 | 0,83 |
| 2 | al sistema di rotazione | 1 | ON/OFF | | 1 | | 1,00 | 1,00 |
| 3 | alla portata massima sostenibile del sistema di barre per alloggiamento pompe infusioni e/o pompe volumetriche e aste porta flebo incluse in offerta | 2 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 1,87 |
| 4 | ai materiali, alla portata e alla dimensione dei ripiani e dei cassetti eventualmente offerti | 1 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,86 | 0,86 |
| 5 | Quantità e tipologia di accessori inclusi | 1 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,7 | 0,86 | 0,86 |
| 6 | equipaggiamento prese elettriche, gas e dati | 1 | Discrezionale | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,93 | 0,93 |
| 7 | sistema di illuminazione | 2 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 1,60 |
| 8 | ulteriori migliorie | 1 | Discrezionale | 1 | 1 | 0,8 | 0,93 | 0,93 |

| | |
|-------|-------------------------|
| 57,17 | Punteggio totale |
| 70 | PUNTEGGIO RIPARAMETRATO |



Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati – per le necessità del Nuovo Ospedale “San Cataldo” - N. Gara _8729823 - LOTTO n. 1 CIG 9412628A57 LOTTO n. 2 CIG 9412628A57

Seduta n. 6 del 08.02.2023 - SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2023, il giorno 08 del mese di febbraio, alle ore 11.00 presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica della Asl di Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1745 del 28/11/2022, costituita da:

| | |
|------------|---|
| Presidente | Dott. Michele CACCIAPAGLIA <i>Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Dott. Marco TAURCHINI <i>Direttore S.C. Chirurgia Toracica P.O. “SS. Annunziata”</i> |
| Componente | Ing. Marta CASSANELLI <i>Collaboratore Tecnico S.S.D. Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi Aziendali</i> |

Assume la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. Marta Cassanelli.

Il Presidente, richiamato in via ricognitiva il contenuto del precedente verbale, dà avvio all'esame delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse al LOTTO 2 procedendo con la verifica della presenza delle caratteristiche tecniche di minima richieste dal capitolato per le seguenti ditte:

1. OPT SURGISYSTEMS;
2. CARDIO VASCULAR SRL.

Per la ditta OPT SURGISYSTEMS S.R.L., verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche di minima per le apparecchiature offerte, la Commissione procede con la valutazione dell'offerta tecnica presentata.

Per la ditta Cardio Vascular S.R.L. la Commissione non procede alla valutazione dell'offerta in quanto dalla documentazione presentata non risultano presenti le seguenti dotazioni di prese gas medicali previste tra le caratteristiche tecniche di minima dall'Allegato 2 “CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE”:

- n. 1 presa Vuoto e n. 1 presa Protossido per lo stativo pensile lato anestesia;
- n. 2 prese Vuoto per lo stativo pensile per strumentario chirurgico;
- n. 1 presa Ossigeno, n. 1 presa Aria Medica, n. 2 prese Vuoto per il sistema pensile per terapia intensiva lato monitoraggio;
- n. 1 presa Vuoto per il sistema pensile per terapia intensiva il lato infusione.

La commissione rimette al RUP i provvedimenti consequenziali.



Al termine dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi alla presente fase della procedura, la Commissione assegna i punteggi di cui alle allegate schede, parte integrante del presente verbale.

- ALLEGATO 5 – RTI ALTAMED S.R.L./ ITEM OXYGEN S.R.L.;
- ALLEGATO 6 – ditta OPT SURGISYSTEM SRL

Il Presidente procede alla rilettura dei punteggi definitivi ottenuti dagli operatori economici oggetto di valutazione, e non raccogliendo alcuna osservazione da parte dei componenti della commissione, chiude i lavori relativi al LOTTO 2.

I lavori terminano alle ore 14.00

L.C.S.

IL Presidente: Dott. Michele CACCIAPAGLIA

Il Componente: Dott. Marco TAURCHINI

Il Componente: Ing. Marta CASSANELLI

A.S.L. TA - PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE
Stabilimento "SS. Annunziata"
S.C. Anestesia-Riposo-Intensiv-Terapia Antalgica
DIRETTORE
Dott. Michele CACCIAPAGLIA
Cod. Fisc. 82674







Procedura aperta telematica di rilievo comunitario per la fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche e sistemi pensili - divisa in due lotti distinti e separati - per le necessità del Nuovo Ospedale "San Cataldo".

Lotto n. 2 - SISTEMI PENSILI CIG. 9412653EF7

GRIGLIA PUNTI - operatore economico: OPT SURGISYSTEM S.R.L.

Caratteristiche generali del sistema pensile lato ans e lato ch, con particolare riguardo:

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Media | Punteggio Attribuito |
|-------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | ai materiali utilizzati e al sistema di ancoraggio | 1 | Discrezionale | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | al sistema di rotazione | 1 | Discrezionale | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | al sistema frenante | 1 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,66 | 0,66 |
| 4 | alla portata massima sostenibile in qualunque posizione dei bracci | 2 | Discrezionale | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,76 | 1,52 |
| 5 | ai materiali, alla portata e alla dimensione dei ripiani, dei cassette | 2 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 1,40 |
| 6 | accessori inclusi | 3 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 2,10 |
| 7 | equipaggiamento prese elettriche, gas e dati | 2 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 1,40 |
| 8 | sistema di illuminazione | 3 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 2,40 |
| 9 | ulteriori migliorie | 5 | Discrezionale | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,66 | 3,30 |

Caratteristiche generali del sistema pensile terapia intensiva, con particolare riguardo:

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Media | Punteggio Attribuito |
|-------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | ai materiali utilizzati e al sistema di ancoraggio | 1 | Discrezionale | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | al sistema di rotazione | 1 | Discrezionale | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,86 | 0,86 |
| 3 | al sistema frenante | 1 | Discrezionale | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,63 | 0,63 |
| 4 | alla portata massima sostenibile in qualunque posizione dei bracci | 2 | Discrezionale | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,90 | 1,80 |
| 5 | ai materiali, alla portata e alla dimensione dei ripiani, dei cassette | 2 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 1,40 |
| 6 | accessori inclusi | 3 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 2,10 |
| 7 | equipaggiamento prese elettriche, gas e dati | 2 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 1,40 |
| 8 | sistema di illuminazione | 3 | Discrezionale | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,76 | 2,28 |
| 9 | ulteriori migliorie | 5 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 3,50 |

Caratteristiche generali del sistema pensile osservazione risveglio, con particolare riguardo:

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Media | Punteggio Attribuito |
|-------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | ai materiali utilizzati e al sistema di ancoraggio | 1 | Discrezionale | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | al sistema di rotazione | 1 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 0,70 |
| 3 | al sistema frenante | 1 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,66 | 0,66 |
| 4 | alla portata massima sostenibile in qualunque posizione dei bracci | 2 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 1,40 |
| 5 | ai materiali, alla portata e alla dimensione dei ripiani, dei cassette | 2 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 1,40 |
| 6 | accessori inclusi | 3 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 2,10 |
| 7 | equipaggiamento prese elettriche, gas e dati | 2 | Discrezionale | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,70 | 1,40 |
| 8 | sistema di illuminazione | 3 | Discrezionale | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,86 | 2,58 |
| 9 | ulteriori migliorie | 5 | Discrezionale | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,66 | 3,30 |

Caratteristiche generali della trave testa letto preparazione, con particolare riguardo:

| n. criterio | Criteri di attribuzione del punteggio tecnico | Punteggio max | Modalità attribuzione punteggio | Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Media | Punteggio Attribuito |
|-------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------|
| 1 | ai materiali utilizzati e al sistema di ancoraggio | 1 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | al sistema di rotazione | 1 | ON/OFF | | 1 | | 1,00 | 1,00 |
| 3 | alla portata massima sostenibile del sistema di barre per alloggiamento pompe infusioni e/o pompe volumetriche e aste porta flebo incluse in offerta | 2 | Discrezionale | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,53 | 1,07 |
| 4 | ai materiali, alla portata e alla dimensione dei ripiani e dei cassette eventualmente offerti | 1 | Discrezionale | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Quantità e tipologia di accessori inclusi | 1 | Discrezionale | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | equipaggiamento prese elettriche, gas e dati | 1 | Discrezionale | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,73 | 0,73 |
| 7 | sistema di illuminazione | 2 | Discrezionale | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 1,60 |
| 8 | ulteriori migliorie | 1 | Discrezionale | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,60 | 0,60 |

49,65

Punteggio totale

60,79

PUNTEGGIO

RIPARAMETRATO