

**Allegato B2**

**QUESTIONARIO RACCOLTA DATI**

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA E CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE					
Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi.					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA					
					Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICO - PRESTAZIONALI					
LOTTO 2 - EMODIALISI ALBERGHIERA					
Sistema trasportabile facilmente in grado di poter eseguire trattamenti di emodialisi domiciliare frequente standard, di ridotte dimensioni e peso contenuto, che consenta l'utilizzo in ambienti e spazi ristretti e possa essere facilmente trasportabile mediante valigia trolley	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Assenza di impianto di osmosi o altro trattamento d'acqua					
Assenza cicli di lavaggio e disinfezione pre e fine trattamento	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Flussi di bagno dialisi bassi, variabili a seconda delle necessità del paziente.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Flusso Sangue variabile ed impostabile manualmente	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Sistema di controllo con allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Allarme Pressione Venosa	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Allarme Pressione Effluente	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Allarme Pressione TMP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Allarme Pressione Scarico	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Allarme Perdite ematiche	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

Allarme Temperatura	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Sistemi di supporto alla prescrizione dialitica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Possibilità di scaricare l'ultrafiltrato direttamente nel W.C. con apposito tubo e/o prolunga monouso	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Sistema di riscaldamento delle sacche	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Autonomia di funzionamento del monitor in caso di assenza di corrente elettrica, nel quale dovranno essere mantenute in memoria tutte le funzioni dell'apparecchiatura con relativi allarmi.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
<b>CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA SENZA OSMOSI PER LA EMODIALISI ALBERGHIERA</b>					
N. 1 coppia di linee artero-venoso complete di set a T	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
N. 1 filtro dializzatore di superficie adeguata alle necessità cliniche	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
n.1 coppia circuito per il comparto dialisato, comprensivo di linea di collegamento alle sacche da 5 litri	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
N. 1 prolunga di scarico > 2,5 metri	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
N.4 sacche da 5 litri in lattato o bicarbonato, varie formulazioni.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
<b>LOTTO 2 (EMODIALISI ALBERGHIERA)</b>					
<b>QUESTIONARIO RACCOLTA DATI GRIGLIA PUNTI</b>					
					DESCRIVERE
Facilità di montaggio dei circuiti ematici con guida in linea;	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Possibilità di utilizzare filtri dializzatori con maggiori superfici	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Processo di presa in carico del paziente e servizio di assistenza logistica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Gestione delle situazioni di emergenza urgenza	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

Formazione ed esperienza documentale degli infermieri emodialisi.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Struttura organizzativa, con particolare riferimento numero di infermieri di emodialisi.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Disponibilità telefonica infermieristica aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel capitolato (h 8-18 da lun al sab).	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	