

ALLEGATO "D" – DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA

Spett.le ASL Taranto
Area Gestione del Patrimonio
Viale Virgilio, 31
74121 TARANTO

DICHIARAZIONE D'OFFERTA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 59 D. Lgs. N.36/23 SUDDIVISO IN N. 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIALISI DOMICILIARE ASSISTITA, FORNITURA DI APPARECCHIATURE E MATERIALE DI CONSUMO, TELEDIALISI, PER LE NECESSITA’ DELLE ASL di Taranto

Lotto n.1 _ CIG _____

La/e Impresa: _____ (riportare denominazione e ragione sociale),

con Sede legale in : _____ e Sede operativa in: _____

Codice fiscale _____ P.IVA _____

Referente della procedura (specificare n. telefono, e-mail) _____

OFFRE

lotto	DESCRIZIONE SERVIZIO	PREZZO UNITARIO TRATTAMENTO IVA ESCLUSA (in cifre ed in lettere)	PREZZO COMPLESSIVO ESCLUSA IVA ESCLUSA (in cifre ed in lettere)	Aliquota IVA	COSTI SICUREZZA INTERNI INCLUSI NELL'OFFERTA
1	Servizio di emodialisi domiciliare assistita comprensivo della fornitura, in comodato d'uso, di apparecchiatura con osmosi, e del relativo materiale di consumo. Trattamento/anno /paziente:208				
	Servizio di emodialisi domiciliare assistita comprensivo della fornitura, in comodato d'uso, di apparecchiatura senza osmosi, e del relativo materiale di consumo. Trattamento/anno /paziente:156				
TOTALE				€	

Totale complessivo 3 anni +1 in cifre IVA esclusa	
Totale complessivo 3 anni + 1 in lettere IVA esclusa	

DICHIARA ALTRESI'

1. di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del disciplinare di gara;
2. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara;
3. di aver formulato il prezzo di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori, prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta stessa;
4. la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, ad assicurare la sostituzione del prodotto aggiudicato qualora nei mesi successivi all'espletamento della gara fossero disponibili nuovi prodotti con maggiore efficacia diagnostica e con costo sovrapponibile o inferiore a quelli in uso.

NOTA: L'offerta deve essere firmata digitalmente.

Qualora l'offerta venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata copia non autenticata della procura e copia non autenticata di un documento di identità. Per i raggruppamenti di imprese, l'offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, del legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese del raggruppamento.

In caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello riportato in lettere. Inoltre, in caso di discordanza tra le indicazioni economiche, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per l'Amministrazione appaltante.

Data,

FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato D1

N.	Descrizione	Q.tà	composizione kit	Prezzo unitario offerto per singoli componenti	Prezzo unitario KIT
1	KIT BASE S/OSMOSI	1	coppia di linee artero-venoso complete di set a T		- €
		1	filtro dializzatore di superficie adeguata alle necessità cliniche		
		1	circuito per il comparto dialisato, comprensivo di linea di collegamento alle sacche da 5 litri		
		1	prolunga di scarico > 2,5 metri		
		4	sacche da 5 litri in lattato o bicarbonato, varie formulazioni.		

N.	Descrizione	Q.tà	composizione kit	Prezzo unitario offerto per singoli componenti	Prezzo unitario KIT
1	N. 1 COPPIA DI AGHI 15G - 17G PER TECNICA "BUTTON HOLE"	1	N. 1 COPPIA DI AGHI 15G - 17G PER TECNICA "BUTTON HOLE"		
2	N. 1 KIT ATTACCO E STACCO FAV	1	N. 1 KIT ATTACCO E STACCO FAV		
3	KIT "ATTACCO"	1	KIT "ATTACCO"		
4	KIT "STACCO"	1	KIT "STACCO"		
5	N. 1 KIT ATTACCO E STACCO CVC	1	N. 1 KIT ATTACCO E STACCO CVC		

N.	Descrizione	Q.tà	composizione kit	Prezzo unitario offerto per singoli componenti	Prezzo unitario KIT
1	KIT BASE C/OSMOSI		Filtro		- €
			Coppia di linee ematiche: sterilizzazione non ETO; comprende una linea arteriosa e una linea venosa (oppure, a richiesta dell'amministrazione, linee per dialisi monoago) complete di set eparina, circuiti e raccordi totalmente compatibili con le apparecchiature e tali da garantire sicurezza igienica e funzionale		
			Set di infusione, se non preassemblato nella coppia di linee ematiche		
			Soluzione acida e basica per bagno dialisi (non sono ammesse soluzioni in tanica):		
			Disinfettanti/disincrostanti perfettamente compatibili con l'Apparecchiatura ed i materiali offerti, secondo quanto previsto dalle procedure fornite da ogni fabbricante. L'azione disinfettante deve essere efficace su tutti i microrganismi e agenti patogeni. Il quantitativo fornito deve essere sufficiente ad effettuare un ciclo di disinfezione completamente esaustivo dopo ogni trattamento dialitico.		